

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

Wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Sekretariat ŚPWIS
32 351 23 15
Punkt Obsługi Klienta
i Monitoringu Obiektu
32 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu
Jakości
32 351 23 54
Kierownik Działu Nadzoru
Sanitarnego
32 351 23 15
Oddział Epidemiologii
32 351 23 10
Oddział Higieny Żywności,
Żywnienia i Przedmiotów Użytku
32 351 23 24
Oddział Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 351 23 06
Oddział Bezpieczeństwa Wody
32 351 23 51
Oddział Higieny Pracy
i Nadzoru nad Środkami
Zastępczymi
32 351 23 29
Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
32 351 23 16
Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 351 23 20
Oddział Higieny Radiacyjnej
32 351 23 26
Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
32 351 23 17
Dział Laboratoryjny
32 351 23 34
Oddział Ekonomiczny
32 351 23 09
Oddział Administracji,
Zamówień Publicznych
i Logistyki
32 351 23 40
Sekcja ds. Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
tel./fax: 32 351 23 45
Oddział Organizacji i Kadr
32 351 23 38
32 351 23 39
Kasa
32 351 23 42
fax :
32 351 23 18

OA.272.4.2019

Katowice, dnia 14.06.2019 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr OA.272.4.2019 o wartości szacunkowej poniżej 144 000 EURO na „Sukcesywną dostawę i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach”

Informujemy, iż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 11.06.2019 r.

Dotyczy pakietu nr 18 pozycja 7

1. Czy termohigrometr ma być wyposażony w dwie sondy (głowice pomiarowe) tak, by jednocześnie mierzył temperaturę i wilgotność wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz? Czy też ma to być jedna głowica pomiarowa z możliwością wypinania?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż termohigrometr ma być przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń (czujnik wbudowany) oraz dodatkowo, powinien posiadać odłączany czujnik temperatury na kablu przeznaczony do pomiaru temperatury na zewnątrz pomieszczeń.

2. Jakiej długości ma być kabel przedłużający sond pomiarowych?

Odpowiedź:

Długość kabla, odłączanego czujnika temperatury, powinna wynosić od 3 m do 5 m.

3. Jakie zakresy pomiarowe będą mierzone w warunkach pomieszczeń i na zewnątrz? Podana została w specyfikacji przedmiotowej temperatura -50 st. C na zewnątrz. Czy odnosi się ona do realnej temperatury jaka będzie mierzona na zewnątrz?

niepodlega

POLSKA
STURDOWA GOSPODARSTWA
NIEPODLEGŁOŚĆ



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Odpowiedź

Zakresy pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczeń od 0°C do +45°C. Zakresy wartości temperatur na zewnątrz pomieszczeń -50°C do +50°C są wartościami granicznymi dla czujnika zewnętrznego i nie mają związku z wartościami realnie mierzonymi.

4. Ze względu na niezależną od Wykonawcy a określoną przez GUM ponad 30-dniową procedurę wzorcowania termohigrometrów, czy Zamawiający może odstąpić od punktacji dostawy (rozdz. XII pkt. 3. poz. B. Specyfikacji SIWZ) ze względu na obiektywną niemożliwość spełnienia lepszych warunków przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od podanej punktacji dostawy dla pozycji 7 pakietu 18.

Dotyczy pakietu nr 18 pozycja 8

5. Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez: "sonda temperaturowa zintegrowana". Czy ma to być sonda wbudowana w termometr? Czy na stałe połączona z termometrem (jeśli TAK, to jakie ma mieć wymiary część robocza sondy)?

Odpowiedź:

Przez pojęcie „sonda pomiarowa zintegrowana” należy rozumieć sondę bezprzewodową, na stałe wbudowaną w termometr, o długości min. 25 cm.

6. W jakich punktach pomiarowych temperatury ma być termometr wzorcowany w GUM?

Odpowiedź:

Termometr powinien być wzorcowany w punktach: 0°C; +20°C; +80°C; +100°C; +140°C; +160°C.

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, iż na podstawie tego pisma (zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.- **DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ, który udostępniamy na stronie www.bip.wsse.katowice.pl – dotyczy pakietu nr 18 pozycja 7 i 8**

Prosimy o załączenie aktualnej wersji załącznika do oferty.

Zważywszy, iż uwzględnienie modyfikacji specyfikacji w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, a czas składania ofert jest odległy, dotychczasowy termin składania ofert tj. **01.07.2019r. godzina 10.00 nie zostaje zmieniony.**

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach
lek. med. Urszula Mendera-Bożek