

Ogłoszenie nr 510207470-N-2019 z dnia 01-10-2019 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach: Dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach - Pakiet 5

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 29688000000000, ul. ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3512345, e-mail wsse.katowice@pis.gov.pl, faks 32 3512318.

Adres strony internetowej (url): www.wsse.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach - Pakiet 5

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OA.272.19.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pakiet 5 - Wyroby z tworzyw sztucznych Pozycja 1 - Butelki do poboru próbek wody poj. ok. 1000 ml, sterylne, z polietylenu, przejrzyste, doskonała wytrzymałość na uderzenia i szczelność, z otworem Ø wew. ok. 28 mm, zapakowane osobno w torby jednostkowe, z min. 20 mg tiosiarczanu sodu. Data ważności. min. 14 m-cy od daty dostawy. Certyfikat zgodności [231 szt.] Pozycja 2 - Butelki do poboru próbek wody poj. ok. 500 ml, sterylne, z polietylenu, przejrzyste, doskonała

wytrzymałość na uderzenia i szczelność, z otworem Ø wew. ok. 29 mm, zapakowane osobno w torby jednostkowe, z min. 10 mg/l tiosiarczanu sodu. Data ważności. min. 14 m-cy od daty dostawy. Certyfikat zgodności [700 szt.]. Pozycja 3 - Folia uszczelniająca typ Parafilm, szerokość ok. 100 mm, długość rolki ok. 75 m [5 szt.]. Pozycja 4 Folia uszczelniająca typu Parafilm; rolka szerokość 500 mm; długość rolki 15 m [2 szt.]. Pozycja 5 - Kanister z zaworem opróżniającym wykonany z PP, z zakrywką, oszczędzający miejsce, przezroczysty, do przechowywania i dozowania różnych cieczy, poj. 5 l, wymiary: 65 x 335 x 335 mm, wytłoczona podziałka co 250 ml [1 szt.]. Pozycja 6 - Korki do probówek plastikowe, pasujące do probówek szklanych o średnicy 14 mm, odporne na temperatury do 80 °C [1 op.= 1000 szt.]. Pozycja 7 - Rękawy do zgrzewarki próżniowej o wymiarach: szer.: 25-30 cm x dł.: min. 5 m [4 szt.]. Pozycja 8 - Statyw na pipety Transferpette®S statyw nastołowy, na 6 pipet [1 szt.]. Pozycja 9 - Statyw na probówki 60 miejsc na probówki, średnica otworu 16 mm, wysokość 65÷75 mm, z PP, odporność na temperaturę 90 °C [2 szt.]. Pozycja 10 - Statyw skośny (pochyły) specjalne boczne podpórki pozwalające na pochycenie statywu pod kątem 5° lub 20°, w zależności od kierunku w którym są pochylone; z tworzywa sztucznego, odporny na autoklawowanie w 121°C, na probówki o śr. 16-20 mm [5 szt.]. Pozycja 11 - Torebka strunowa; Torebka do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego, strunowa z paskiem, na wygodne opisywanie, wymiary: 100÷120 x 180÷200 mm [7; 1 op.= 100 szt.]. Pozycja 12 - Torebka strunowa; Torebka do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego, strunowa z paskiem, na wygodne opisywanie, wymiary: 150÷160 x 200÷220 mm [9; 1 op.=100 szt.]. Pozycja 13 - Torebki szer. 300-310 x dł. 400-410 mm, z zamknięciem strunowym, do przechowywania kontrpróbek [5; 1 op.= 100 szt.]. Pozycja 14 - Torebki szer. 240-260 x dł. 340-360 mm, z zamknięciem strunowym, do przechowywania kontrpróbek [9; 1 op.= 100 szt.]. Pozycja 15 - Wąż silikonowy transparentny, o wysokiej odporności temperaturowej -50°C ÷ +200°C, odporny na działanie tlenu, ozonu, warunków atmosferycznych oraz UV. Grubość ścianki 1,4-2,2mm, wewnętrzna średnica 6mm, dł. węża ok. 50m. Dopuszcza się opakowania jednostkowe o długości węża nie krótszej niż 5m, sumujące się do końcowej długości 50 m [1 szt.]. Pozycja 16 - Woreczki do przechowywania próbek przezroczyste, z zamknięciem metalowym; Wykonane z PE, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. Wymiary szer/wys: 190x300mm, 1650ml. Z białym polem do opisu [2; 1 op = 500 szt.]. Pozycja 17 - Worki do homogenizatora bez filtra o pojemności 400 ml, przezroczyste. Sterylne, o zwiększonej wytrzymałości, ze wzmocnioną spoiną, niepękające podczas użytkowania w homogenizatorze. Wymiary: ok. 178 mm x 300 mm, pakowane po 25 szt. Wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO 9001-2000, sterylizowane radiacyjnie. Wykonane z materiału niehamującego wzrostu drobnoustrojów. Wymagany certyfikat do każdej partii. [4; 1 op = 20 worków x 25 szt.] Pozycja 18 - Worki do homogenizatora z filtrem o pojemności 400 ml. Sterylne, mocne, niepękające podczas użytkowania w homogenizatorze, z filtrem membranowym na całej powierzchni. Porowatość filtra 280 µm. Wymiary: ok. 190 mm x 300 mm. Pakowane po 25 sztuk. Wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO 9001-2000, sterylizowane radiacyjnie. Wykonane z materiału niehamującego wzrostu drobnoustrojów. Wymagany certyfikat do każdej partii. [7; 1 op = 20 worków x 25 szt.] Pozycja 19 - Zlewka miarowa z uchwytem z PP, poj., 250 ml, podziałka co 5 ml, śr. zewnętrzna 75 mm, wysokość 115 mm [5; 1 op. = 2 szt.]

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

Dodatkowe kody CPV: 38000000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Wyroby z tworzyw sztucznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18403.91

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „ChemLand” Zbigniew Bartczak ul.

Usługowa 3 73-110 Stargard Szczeciński

Email wykonawcy: szklo3@chemland.pl

Adres pocztowy: ul.Usługowa 3

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczeciński

Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22636.81

Oferta z najniższą ceną/kosztom 22636.81

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 22636.81

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18403.91

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „ChemLand” Zbigniew Bartczak ul.

Usługowa 3 73-110 Stargard Szczeciński

Email wykonawcy: szklo3@chemland.pl

Adres pocztowy: ul.Usługowa 3

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczeciński

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22636.81

Oferta z najniższą ceną/koszt 22636.81

Oferta z najwyższą ceną/koszt 22636.81

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zastosowanie trybu z wolnej ręki spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty do udziału lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zastępca Dyrektora
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach

dr n. med. Dorothea Wodzisławska-Czapla

