

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://www.gov.pl/wsse-katowice>

Sekretariat SPWIS
32 351 23 15
Punkt Obsługi Klienta
i Monitoringu Obiektu
32 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu
Jakości
32 351 23 54
Kierownik Działu Nadzoru
Sanitarnego
32 351 23 15
Oddział Epidemiologii
32 351 23 10
Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
32 351 23 24
Oddział Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 351 23 06
Oddział Bezpieczeństwa Wody
32 351 23 51
Oddział Higieny Pracy
i Nadzoru nad Środkami
Zastępczymi
32 351 23 29
Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
32 351 23 16
Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 351 23 20
Oddział Higieny Radiacyjnej
32 351 23 26
Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
32 351 23 17
Dział Laboratoryjny
32 351 23 34
Oddział Ekonomiczny
32 351 23 09
Oddział Administracji,
Zamówień Publicznych
i Logistyki
32 351 23 40
Seksja ds. Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
tel./fax: 32 351 23 45
Oddział Organizacji i Kadr
32 351 23 38
32 351 23 39
Kasa
32 351 23 42
fax :
32 351 23 18

OA.272.4.2020

Katowice, 15.01.2021 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr OA.272.4.2020 o wartości szacunkowej poniżej 139 000 EURO na „Sukcesywną dostawę i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2021r.”

Informujemy, iż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści kolumnę o innej fazie, która umożliwia rozdzielanie poniższych estrów metylowych kwasów tłuszczowych; byłaby ona równoważna względem kolumny typ88.

1. C6:0
2. C8:0
3. C10:0
4. C11:0
5. C12:0
6. C13:0
7. C14:0
8. C14:1
9. C15:0
10. C15:1
11. C16:0
12. C16:1
13. C17:0
14. C17:1
15. C18:0
16. C18:1n9c
17. C18:1n9t
18. C18:2n6c
19. C18:2n6t
20. C18:3n6
21. C18:3n3
22. C20:0

niepodległa

POŁOWA
ATHLETIC & JUDO
NIEPODLEGŁOŚĆ

- 23. C20:1n9
- 24. C20:2
- 25. C20:3n6
- 26. C20:4n6
- 27. C21:0
- 28. C20:3n3
- 29. C20:5n3
- 30. C22:0
- 31. C22:1n9
- 32. C22:2
- 33. C23:0
- 34. C24:0
- 35. C22:6n3
- 36. C24:1n9

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko te kolumny, które są zgodne parametrami ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach

lek. med. Grzegorz Hudzik